

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie

(veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie dle platných Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, účinných od 1.3.2014)

Předmět zakázky: Dodávka 3ks kompletu Magneticko-indukční průtokoměr OPTIFLUX 4300W
DN 65, včetně ověření – stanovená měřidla

- snímač OPTIFLUX 4000
- převodník IFC 300W CG 300 11 GAC (MODBUS)

dle následující specifikace:

Jmenovitá světlost / tlak	: DN 65, PN 16
Připojovací příruby	: DN 65, PN 16, podle EN 1092-1
Stavební délka	: 200 mm
Teplota měř. média	: -40°C až +180°C
Teplota okolí	: -40°C až +65°C
Výstelka	: PFA
Materiál elektrod	: Hastelloy C22
Materiál přírub	: konstrukční ocel
Materiál krytu snímače	: ocelový plech s PU nátěrem
Materiál svorkovnice	: hliník s nátěrem
Materiál krytu převodníku	: polyamid + polykarbonát
Třída izolace budících cívek	: H
Komunikační sběrnice	: ano, komunikace RS485 MODBUS (aktivován zak. člen sběrnice)
Analogový výstup	: 4 - 20 mA programovatelný, aktivní
Pulzní výstup	: aktivní
Hodnota pulzů	: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu
Stavový výstup	: neobsažen
Řídicí vstup	: neobsažen
Napájení	: 100 ÷ 230 Vstř nebo 12 ÷ 24 Vss nebo 24Vstř/ss
Příkon	: 22 VA /12 W
Krytí snímače	: IP66/67
Krytí převodníku	: IP65

Provozní údaje pro dimenzování přístroje:

Měřené médium	: minerální voda
Měrná hmotnost	: 1000 kg/m ³
Tlak	: asi 600 kPa-g
Teplota	: 50 ÷ 80 °C
Vodivost	: > 200 μS.cm ⁻¹

Měřicí rozsah	: 0 - 60 m ³ /h
Provedení převodníku	: „Modular version“
Modul vstupů/výstupů	: základní, komunikace MODBUS
Doplňkové moduly	: ano, 1x proudový výstup aktivní, 1x pulzní výstup aktivní
Analogový výstup	: 4 - 20 mA,
Pulzní výstup	: 1 pulz/0,1 m ³
Stavový výstup	: neobsažen
Řídicí vstup	: neobsažen
Místní ukazování	: ano
Napájení	: 230 Vstř
Speciální provedení	: ne
Zemnicí kroužky	: ne
Kalibrační protokol	: ano
Stanovené měřidlo	: ano
Certifikáty	: ne
Označení	: ne
Délka propojovacího kabelu	: 5 m, typ DS
Závity pro vývodky	: 5 ks M20 x 1,5 (z toho 2 pro signální a budicí kabely), 4 vývodky a 1 záslepka součástí dodávky

Plnění zakázky a místo plnění: na základě písemné objednávky

Způsob zpracování nabídkové ceny: cena bude uvedena v Kč bez DPH i včetně DPH

Kritérium pro vyhodnocení výzvy: rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení je výše nabídkové ceny bez DPH

Platební podmínky: platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zájemce na základě předložené faktury

Práva zadavatele: zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo nevybrat žádného ze zájemců.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek:

- lhůta pro podání nabídek končí dne 20.2.2015 v 10.00 hod
- nabídky dodané po této lhůtě budou vyřazeny

Nabídky zasílejte na adresu:

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.
Lázeňská 2
360 01 Karlovy Vary

nebo osobně doručte na recepci příspěvkové organizace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád,
Lázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary v pracovních dnech a to v době : Po a St od 8:00 do 17:00 hod, Út a
Čt od 8:00 do 16:00 hod, Pá od 8:00 do 14:00 hod.

nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: zakazky@splzak.com

V Karlových Varech, dne 12.2.2015

Ing. Milan Trnka
ředitel organizace

